

Gmina Inowłódz
ul. Spalska 2
97-215 Inowłódz
tel. 44 710 12 33
e-mail: gmina@inowlodz.pl

Do ZAINTERESOWANYCH

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp),
pn. *Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych*

Wójt Gminy Inowłódz występujący w imieniu Gminy Inowłódz, działając zgodnie z zapisami Rozdziału 17 ust. 1 zapytania ofertowego udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym.

ZESTAW PYTAŃ

Pytanie 1.

Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia podlega przepisom ustawy o wyrobach medycznych i obligatoryjne jest zgłoszenie zestawu ratowniczego PSP R1 do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prosimy o wyjaśnienie czy na potwierdzenie dopuszczenia wyrobu do obrotu Zamawiający wymaga przedłożenia zgłoszenia w/w zestawu do Rejestru Wyrobów Medycznych do oferty przetargowej?

Odpowiedź. Wpis do omawianego rejestru jest wymagany, ale zamawiający nie wymaga, żeby dołączyć zgłoszenie do tego rejestru do dokumentów przetargowych.

Pytanie 2.

Minimalne wymagania KSRG określa podstawowy rodzaj asortymentu do wyposażenia zestawu R1. Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomię użytkowania wymaga, aby wyposażenie było wielorazowego użytku? W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga, żeby sprzęt, który może być wielokrotnego użytku, taki był.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga deski ortopedycznej wykonanej z tworzywa sztucznego, zmywalnego, przepuszczalnej dla promieni X, co umożliwiał diagnostykę RTG, posiadającej 4 komplety pasów zabezpieczających i mocowanie pasów w min. 5 punktach na dłuższej stronie deski oraz możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego), z zestawem klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, posiadający możliwość zmiany punktu pracy pasów mocujących, a także obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy, wyposażonej w 14 dużych uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny uchwyt oraz pracę w grubych rękawicach, posiadającej udźwig 450 kg i dodatnia pływerność noszy.

Odpowiedź. Deska ortopedyczna musi spełniać wymagania KSRG.

ZESTAW PYTAŃ II

Pytanie 1.

Czy wymagana jest elektroda pediatryczna lub klucz pediatryczny?

Odpowiedź. Tak wymagane są elektrody pediatryczne lub klucz pediatryczny.

Pytanie 2.

Czy w przenośnym zestawie oświetleniowym dwie lampy led mają mieć łącznie min. 48 W?

Odpowiedź. Każda lampa min 48 W.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem

z upoważnienia WÓJTA

SEKREŃARZ GMINY

Jan Żerek

Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma (faksem na numer 44 / 710 12 33 lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@inowlodz.pl).